




















Descripción general de los productos Ambu en relación con el contenido de látex y sustancias clasificadas.



De acuerdo al Reglamento Europeo sobre Sustancias Químicas (REACH), Ambu está obligado a informar sobre sus productos que contengan en concentraciones superiores a 0.1% (w/w) las sustancias clasificadas. Para más información sobre las Sustancias Extremadamente Preocupantes (SEP) consulte: <http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table>

La siguiente tabla hace una descripción general de todos los dispositivos médicos de Ambu en relación con el contenido de sustancias SEP reguladas por REACH en concentraciones superiores al 0,1% (p/p). La tabla también incluye información sobre qué productos están hechos con látex. Los productos Ambu presentados en esta lista se etiquetarán como se indica a continuación. Todos los productos que tienen "No" en la columna SEP (columna 2) no contienen ninguna sustancia actualmente en la lista SEP.

Producto	Contenido de SEP clasificadas por encima del 0.1% (p / p)	Látex de caucho natural	Símbolo en la etiqueta de producto
Cardiología y Neurología			
Ambu® Electrodo BlueSensor	No	No	
Ambu® Electrodo WhiteSensor	No	No	
Ambu® Electrodo Neuroline	No	No	
Ambu® Neuroline (Inoject, concéntrica, monopolar, subdérmica y sudérmica con cable entrelazado)	No	No	
Ambu® Neuroline Tierra	No	No	
Ambu® SkinFix	No	No	
Ambu® Neuroline Helicoidal	No	No	
Ambu® Neuroline Monopolar and Concentric Cables	No	No	
Ambu® Sondas Neuroline	No	No	
Ambu® Electrodo de Cucharilla Neuroline	No	No	
Ambu® Snap Clip	No	No	
Ambu® Skin Prep	No	No	
Ambu® Myoguide	No	No	
Videoscopios Flexibles			
Ambu® aScope™ 3	No	No	
Ambu® aScope™ 4 Broncho	No	No	
Ambu aScope™ 4 RhinoLaryngo	No	No	
Ambu® aView™	No	No	
Ambu® aScope BronchoSampler™	No	No	

Producto	Contenido de SEP clasificadas por encima del 0.1% (p / p)	Látex de caucho natural	Símbolo en la etiqueta de producto
Ambu® aScope BronchoSampler™ SC	No	No	
Manejo de la Vía Aérea			
Videolaringoscopio King Vision	No	No	
Videolaringoscopio King™ Vision aBlade	No	No	
King Vision cable video	No	No	
VivaSight-DL	Si, contiene DEHP	No	
VivaSight-SL	Si, contiene DEHP	No	
VivaSight-EB	No	No	
Anaestesia			
Circuitos Dual Limb King Systems	Si, contiene DEHP (CASRN 117-81-7) si tiene el símbolo en la etiqueta	No	
King F2	Si, contiene DEHP (CASRN 117-81-7) si tiene el símbolo en la etiqueta	No	
King Flex2	Si, contiene DEHP (CASRN 117-81-7) si tiene el símbolo en la etiqueta	No	
King F Flex2	No	No	
King Universal F	No	No	
King Universal F Flex	Si, contiene DEHP (CASRN 117-81-7) si tiene el símbolo en la etiqueta	No	
King Ped F2 y King Flex 2 - Circuitos pediátricos	Si, contiene DEHP (CASRN 117-81-7) si tiene el símbolo en la etiqueta	No	
King Jackson Rees y King Mapleson	No	No	
King Transport y PACU Kits	No	No	
Bolsa respiratoria King (estándar o de colores)	No	No	
Filtros y HMEs	No	No	
Xenón	No	No	
Linea de muestreo	Sí, contiene DEHP(CASRN 117-81-7)	No	
King LT-D	Sí, contiene DEHP(CASRN 117-81-7)	No	
King LTS-D	No	No	

Producto	Contenido de SEP clasificadas por encima del 0.1% (p / p)	Látex de caucho natural	Símbolo en la etiqueta de producto
Óxido nítrico	No	No	
Circuitos de ventilación	No	No	
Conjuntos de extensión	No	No	
Conectores Flex	No	No	
Cintas para la cabeza	No	No	
<i>Tube Tree</i>	No	No	
<i>Manifolds</i>	No	No	
Ambu® Masc. Facial Desechable	No	No	
Ambu® Masc. Facial Manguito Abierto	No	No	
Ambu® Masc. Facial Silicona	No	No	
Ambu® Masc. facial transparente	No	Sí	
Ambu® UltraSeal	No	No	
Ambu® King Mask	No	No	
Ambu® AuraOnce™	No	No	
Ambu® AuraFlex™	No	No	
Ambu® AuraStraight™	No	No	
Ambu® Aura-i™	No	No	
Ambu® Aura40™	No	No	
Ambu® AuraGain	No	No	
Ambu® Manómetro de presión	No	No	
Emergencias			
Ambu® SPUR II	No	No	
Ambu® Mark IV	No	No	
Ambu® Mark IV Baby	No	No	
Ambu® Military Mark III	No	No	
Ambu® Resucitador Silicona Oval	No	No	
Ambu® Resucitador Silicona Oval Plus	No	No	
Ambu® Válvula PEEP	No	No	
Ambu® Manómetro de Presión Desechable	No	No	

Producto	Contenido de SEP clasificadas por encima del 0.1% (p / p)	Látex de caucho natural	Símbolo en la etiqueta de producto
Ambu® TubeCheck	Sí, contiene DEHP(CASRN 117-81-7)	No	
Ambu® ET Tube holder	No	No	
Ambu® LifeKey	No	Sí*	
Ambu® ResKey	No	Sí*	
Ambu® Res-Cue Mask	No	No	
Ambu® Res-Cue Pump	No	No	
Ambu® Twin Pump	No	No	
Ambu® Uni-Suction Pump	No	No	
Ambu® Perfit ACE	No	No	
Ambu® Mini Perfit ACE	No	No	
Ambu® Perfit	No	No	
Ambu® Redi-ACE Adulto	No	No	
Ambu® Redi-ACE Mini	No	No	
Ambu® Head Wedge	No	No	

*No tiene contacto directo con el paciente la parte que contiene látex de caucho natural.